



## Deklaracja zgodności CE

<b>Dane producenta</b>	JUVENTAS Bogusław Ziółkowski Srogów Górny 172; 38-507 Jurowce, Polska tel. kom. +48 608074052 mail: biuro@juventas.pl <a href="http://www.juventas.pl">www.juventas.pl</a>
<b>Oświadczenie</b>	Oświadczam, że swoją wyłączną odpowiedzialność, że wyroby objęte niniejszą deklaracją zgodności spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. [MDR]
<b>Nazwa wyrobu</b>	Asystor stomatologiczny
<b>REF</b>	JAS-A 1; JAS-A 2
<b>Klasa ryzyka</b>	Klasa I reguła 1
<b>Ocena zgodności</b>	Ocena zgodności prowadzona według załączników I, II, III, IV Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. [MDR]
<b>Normy zharmonizowane</b>	PN-EN ISO 15223-1 PN-EN 1041 PN-EN ISO 14971 PN-EN ISO 13485 PN-EN ISO 10993-1 PN-EN 62366 EN ISO 60601-1
<b>Dane osoby wystawiającej deklarację</b>	Właściciel – Bogusław Ziółkowski
<b>Data i miejsce wystawienia</b>	30 - 03 - 2021 Srogów Górny