



Deklaracja zgodności CE

Dane producenta	JUVENTAS Bogusław Ziółkowski Srogów Górny 172; 38-507 Jurowce, Polska tel. kom. +48 608074052 mail: biuro@juventas.pl www.juventas.pl
Oświadczenie	Oświadczam, że swoją wyłączną odpowiedzialność, że wyroby objęte niniejszą deklaracją zgodności spełniają wymagania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. [MDR]
Nazwa wyrobu	Stoliki pod aparaturę medyczną
REF	STA 01, STA 02, STA 03, STA 04, STA 05, STA 06, STA 07, STA 08 SA II (II półki), SA II SZ (II półki + szuflada) SA III (III półki), SA III SZ (III półki + szuflada) SM II (II półki), SM II SZ (II półki + szuflada) SM III (III półki), SM III SZ (III półki + szuflada)
Klasa ryzyka	Klasa I reguła 1
Ocena zgodności	Ocena zgodności prowadzona według załączników I, II, III, IV Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. [MDR]
Normy zharmonizowane	PN-EN ISO 15223-1 PN-EN 1041 PN-EN ISO 14971 PN-EN ISO 13485 PN-EN ISO 10993-1 PN-EN 62366 EN ISO 60601-1
Dane osoby wystawiającej deklarację	Właściciel – Bogusław Ziółkowski
Data i miejsce wystawienia	31 - 03 - 2021 Srogów Górny